



26.51.53.110

Код продукции

**Газоанализатор ИГС-98
модификация «Бином-М» исполнение 006**

Наименование и индекс изделия

ПАСПОРТ

ФГИМ.413415.020ПС

Обозначение документа

Технические характеристики

Параметр	Характеристика
Сигнализация	
Световая	Полноцветный дисплей, 4 светодиода
Звуковая	Есть
Электрические характеристики	
Напряжение питания	Номинальное 3,7 В Рабочее 3,3 – 4,2 В
Потребляемая мощность	не более 0,5 Ватт
Пороги срабатывания	
Порог 1 Канал 1	Из программы
Порог 2 Канал 1	Из программы
Порог 1 Канал 2	Из программы
Порог 2 Канал 2	Из программы
Порог 1 Канал 3	Из программы
Порог 2 Канал 3	Из программы
Порог 1 Канал 4	Из программы
Порог 2 Канал 4	Из программы
Порог 1 Канал 5	Из программы
Порог 2 Канал 5	Из программы
Габаритные размеры	
Высота	129 мм
Ширина	66 мм
Длина	32 мм
Масса	
Не более	250 г
Защита корпуса	
Степень защиты оболочки	IP54
Условия эксплуатации	
Температура	–30°C ... +50°C
Давление	от 84 до 120 кПа
Влажность	от 0 до 95 % без конденсации влаги

Метрологические характеристики

Определяемый компонент	Диапазон измерения	Участок диапазона измерений	Пределы допускаемой основной погрешности, %	
			Приведённой	Относительной
Азота диоксид NO ₂	от 0,1 до 32 мг/м ³	от 0,1 до 2 мг/м ³	15	
		от 2 до 32 мг/м ³		15
Водород H ₂	от 0,01 до 4 об. доля, %	от 0,01 до 0,4 об. доля, %	15	
		от 0,4 до 4 об. доля, %		15
Из программы	Из программы	Из программы	15	
		Из программы		15
Из программы	Из программы	Из программы	15	
		Из программы		15
Из программы	Из программы	Из программы	15	
		Из программы		15

Комплектность

Обозначение изделия	Наименование изделия	Количество	Заводской номер	Примечание
ФГИМ.413415.020	Газоанализатор	1	123456789	
ФГИМ.413415.020ПС	Паспорт	1		
ФГИМ.413415.020РЭ	Руководство по эксплуатации	1		
	Из программы	?		
	Из программы	?		
	Из программы	?		
	Из программы	?		

Сроки службы, хранения и гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует работу изделия при соблюдении потребителем условий эксплуатации, а также условий транспортирования и хранения.

Гарантийный срок службы изделия составляет 12 месяцев со дня продажи, срок хранения изделия - 6 месяцев с момента изготовления.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель обязуется безвозмездно устранять выявленные дефекты, или заменять вышедшие из строя части, либо всё изделие, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.

Претензии не принимаются при наличии механических повреждений изделия, при наличии влаги или грязи внутри корпуса изделия, при несанкционированном вскрытии изделия и изменении его конструкции.

Срок службы изделия составляет 10 лет.

Свидетельство о приемке

Газоанализатор ИГС-98 мод. «Бином-М» исп. 006

Наименование

№ 123456789

Заводской номер

Изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Представитель ОТК

подпись

2018.09.04

Год, месяц, число

Реализация

Дата продажи

Подпись

Продавец