



Тепловизор testo 885





Руководство по эксплуатации



1 Оглавление

1	Оглавление	3
2	Безопасность и окружающая среда	5
	2.1. Сведения о данном документе	5
	2.2. Обеспечение безопасности	6
	2.3. Защита окружающей среды	7
3	Технические условия	8
	3.1. Использование	8
	3.2. Технические данные	9
	3.3. Программное обеспечение	15
	3.3.1. Принцип действия	15
	3.3.2. Назначение.....	16
	3.3.3. Идентификация ПО	17
	3.3.4. Интерфейсы тепловизоров.....	18
	3.3.5. Защита ПО	18
	3.3.6. Хранение данных.....	18
4	Описание прибора	19
	4.1. Обзор	19
	4.1.1. Компоненты прибора	19
	4.1.2. Визуальный интерфейс дисплея	21
	4.1.3. Концепция управления.....	24
	4.2. Базовые характеристики.....	25
	4.2.1. Питание	25
	4.2.2. Форматы и имена файлов	25
5	Первые шаги	27
	5.1. Начало работы	27
	5.1.1. Подсоединение аккумулятора	27
	5.1.2. Выполнение базовых настроек	27
	5.1.3. Первая зарядка аккумулятора	29
	5.2. Знакомство с прибором.....	31
	5.2.1. Настройка длины ручного ремня	31
	5.2.2. Крепление крышки объектива к ручному ремню	31

5.2.3.	Вращение рукоятки	32
5.2.4.	Крепление наплечного ремня	33
5.2.5.	Использование кейса для объектива	33
5.2.6.	Установка карты памяти	34
5.2.7.	Установка/снятие инфракрасного защитного фильтра	34
5.2.8.	Замена объектива	35
5.2.9.	Включение/выключение тепловизора	36
5.2.10.	Ручная фокусировка изображения	36
5.2.11.	Автоматическая фокусировка изображения	37
5.2.12.	Запись (фиксация/сохранение) изображения	37
6	Использование прибора	39
6.1.	Панель меню/вкладки	39
6.1.1.	 Вкладка Аналитические функции	39
6.1.2.	 Вкладка градуировки и коррекции	40
6.1.3.	Вкладка Главное меню	41
6.2.	Функции меню	42
6.2.1.	Измерение	42
6.2.2.	Характеристики дисплея	55
6.2.3.	Галерея изображений	57
6.2.4.	Ассистенты	60
6.2.5.	Конфигурация	71
6.2.6.	Аудио	81
6.3.	Измерение	83
7	Техническое обслуживание прибора	86
8	Советы и справка	87
8.1.	Вопросы и ответы	87
8.2.	Принадлежности и запасные части	88

2 Безопасность и окружающая среда


2.1. Сведения о данном документе

Использование

- > Перед началом использования внимательно прочтите данный документ и ознакомьтесь с данным прибором. Во избежание травм и повреждения прибора особое внимание следует уделять технике безопасности и предупреждениям.
- > Храните данный документ в легкодоступном месте для удобства получения необходимых сведений.
- > Передавайте данный документ всем следующим пользователям прибора.

Предупреждения

Обращайте особое внимание на сведения, отмеченные следующими предупреждениями или предупреждающими пиктограммами. Соблюдайте установленные меры предосторожности.

Заявление	Разъяснение
 ВНИМАНИЕ	обозначает возможность получения травм
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	указывает на обстоятельства, которые могут привести к порче прибора

Символы и правила написания

Символ	Разъяснение
i	Примечание: Основные или подробные сведения.
1. ... 2. ...	Действие: дальнейшие шаги в строго определённой последовательности.
> ...	Действие: шаг или возможный шаг.
– ...	Результат действия.
Menu	Элементы прибора, дисплеи прибора или программный интерфейс.

Символ	Разъяснение
[OK]	Кнопки управления прибором или кнопки программного интерфейса.
... ...	Функции/пути в меню
“...”	Примеры записей

2.2. Обеспечение безопасности

- > Работайте с прибором аккуратно, используйте прибор исключительно по назначению и исключительно в пределах параметров, приведённых в таблице технических данных. При работе с прибором не применяйте усилий.
- > Не работайте с прибором при наличии признаков повреждения корпуса, блока питания или проводов.

В ходе работы тепловизор нельзя направлять на солнце и прочие источники интенсивного излучения (например, на объекты, температура которых превышает 550°C/1022°F, при работе в высокотемпературном диапазоне 1400°C/2552°F). Это может привести к серьёзному повреждению детектора.

Производитель не несёт ответственности за данный тип повреждений микроболометрического детектора

- > Измеряемые объекты или среда измерений также могут представлять определённый риск: При проведении измерений руководствуйтесь правилами безопасности, установленными в вашей отрасли.
- > Не допускайте хранения прибора в непосредственной близости от растворителей. Не используйте влагопоглотителей.
- > Техническое обслуживание и ремонт данного прибора следует выполнять в строгом соответствии с инструкциями, приведёнными в данной документации. Строго следуйте установленным процедурам. Используйте только оригинальные запасные части Testo.
- > Ненадлежащее использование аккумуляторов может привести к порче прибора или причинению увечий в результате скачков напряжения, возгорания или вытекания химических веществ. Во избежание такого рода опасности необходимо соблюдать следующие инструкции:
 - Используйте прибор исключительно по назначению и в соответствии с Инструкцией пользователя.
 - Не замыкайте контакты прибора, не разбирайте прибор и не вносите в прибор конструктивных изменений.

- Не подвергайте прибор высоким нагрузкам, воздействию воды, пламени, а также температурам свыше 60 °С.
- Не храните прибор в непосредственной близости от металлических объектов.
- Не используйте негерметичные или повреждённые аккумуляторы. При попадании кислоты аккумулятора на кожу: Тщательно промойте поражённый участок водой и при необходимости обратитесь к врачу.
- Для зарядки прибора используйте только рекомендованное настольное зарядное устройство.
- Немедленно прекратите процесс зарядки, если зарядка не завершена в установленное время.
- В случае ненадлежащей работы или при появлении признаков перегрева немедленно извлеките аккумулятор из измерительного прибора/зарядного устройства.
Внимание: Аккумулятор может быть горячим!

2.3. Защита окружающей среды

- > Утилизируйте аккумуляторы/отработавшие батареи в соответствии с официально установленными требованиями.
- > По окончании срока службы прибор необходимо отправить в компанию по утилизации электрических и электронных устройств (в соответствии с требованиями страны эксплуатации) или в Testo.



WEE Reg. No. DE 75334352

3 Технические условия

3.1. Использование

Прибор testo 885 – это надежный портативный тепловизор. Он позволяет определять бесконтактным методом и визуализировать распределение температур на поверхностях.

Типичные области применения:

- Инспектирование зданий: оценка энергоёмкости, а также инспектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.
- ППР (сервисное обслуживание): механическое и электрическое инспектирование систем и установок, включая инспектирование энергораспределительных систем
- Контроль производства (обеспечение качества): контроль производственных процессов
- Экспертные консультации в области энергетики, поиск и обнаружение течей
- Контроль фотоэлектрических модулей
- дополнительные/различные/поддерживаемые функции: возможность использования телеобъектива (опция), супер-телеобъектив (опция), объектив 25° (опция), функция визуализации распределения поверхностной влаги по введённым вручную параметрам окружающих условий (поддерживаемые функции: измерение влажности в реальном времени с использованием радиозонда влажности), технология SiteRecognition (распознавание участка через управление изображениями), запись голоса, поддержка измерения высоких температур (опция), пакет «Анализ процессов» - создание серии последовательных снимков и видео на ПК (опция)

Экспортные ограничения

В отношении экспорта тепловизоров могут действовать экспортные ограничения, установленные Европейским союзом.

Перед экспортом ознакомьтесь с экспортными ограничениями страны, в которую планируется экспортировать прибор.

3.2. Технические данные

Вывод термограммы

Характеристика	Значения
Тип детектора	Матрица в фокальной области (FPA) – 320 x 240 пикселей, a.Si
Терм. чувств. (NETD)	0,03°С при 30°С (86°F)
Поле обзора/мин. расстояние фокусировки	30°x23° / 0,1 м Телеобъектив (опция): 11°x9° / 0,5 м Супер-телеобъектив (опция): 5°x3,7° / 2 м Объектив 25° (опция): 25°x19°/0,2 м
Геометрическое разрешение (МПО)	1,7 мрад (стандартный объектив) 0,6 мрад (телеобъектив) 0,18 мрад (супер-телеобъектив) 1,36 мрад (объектив 25°)
Поддержка технологии Super-resolution (пикселей/МПО)	640 x 480 пикселей/ 1,06 мрад (стандартный объектив) 0,38 мрад (телеобъектив) 0,11 мрад (супер-телеобъектив) 0,85 мрад (объектив 25°)
Частота обновления изображения	33 Гц – в пределах ЕЭС, 9 Гц – за пределами ЕЭС
Фокусировка	Автоматическая/ручная
Спектральный диапазон	8-14 μm

Вывод визуального отображения

Характеристика	Значения
Размеры изображения	3,1 мегапикселей
Мин. расстояние фокусировки	0,5 м

Вид представления изображения

Характеристика	Значения
Дисплей	Сенсорный ж/к-дисплей, диагональ – 10,9 см (4,3"), 480 x 272 пикселей
Цифровая трансфокация	1-3х
Характеристики дисплея	Поддержка визуализации инфракрасных/реальных изображений
Видеовыход	USB 2.0
Видеопоток	Макс. 25 Гц на территории Евросоюза, макс. 9 Гц за пределами Евросоюза.
Цветовые палитры	10

Измерение

Характеристика	Значения
Диапазон измерения температуры (изменяемый)	<p>Диапазон измерения 1, для приборов с серийным номером начиная с 2862504: -30...+100°C (-4...+212 °F)</p> <p>Диапазон измерения 1, для приборов с серийным номером начиная с 2862505: -30...+100°C (-22...+212 °F)</p> <p>Диапазон измерения 2: 0...350°C (32...+662 °F)</p> <p>Без высокотемпературного диапазона измерения до 1200 °C (2192 °F)</p> <p>Диапазон измерения 3: +350...+1200 °C (+662...+2192 °F)</p> <p>Диапазон измерения 4: 0...650 °C (+32...1202 °F)</p>
Пределы допускаемой абсолютной и относительной погрешности	<p>±2°C (от -30 до +100°C включительно)</p> <p>±2% (свыше 100°C)</p>

Характеристика	Значения
Расширенный диапазон отображения	Значения, для которых не регламентирована погрешность, отображаются на дисплее с префиксом тильды (~). Только для приборов с серийным номером начиная с 2862505
Воспроизводимость	$\pm 1^{\circ}\text{C}$ ($\pm 1,8^{\circ}\text{F}$) или $\pm 1\%$ (принимается наивысшее значение)
Настройки коэффициента излучения/отражённой температуры	0,01-1,00
Настройки коррекции коэффициента отражённой температуры/(атмосферного) излучения	Ручные
Минимальный диаметр точки измерения	Стандартный объектив: 5,0 мм с расстояния 1 м Телеобъектив: 1,9 мм с расстояния 1 м Супер-телеобъектив: 1,6 мм с расстояния 2 м Объектив 25°: 4,1 мм с расстояния 1 м.

Измерение

Характеристика	Значения
Визуализация распределения поверхностной влажности	Через ручной ввод
Измерение влажности с использованием радиозонда влажности (не для всех регионов)	Поддерживаемые функции: автоматическая передача значений измерений в реальном времени
Солнечный режим	Да

Характеристика	Значения
Аналитические функции	До 10 точек измерения, обнаружение горячих/холодных участков, измерения в пределах отдельных участков (мин./макс./ср. значение), изотерма и тревога, выбор до 5 диапазонов.
Диапазон измерения окружающей температуры встроенным сенсором	-15 до +50°С

Функциональные узлы тепловизора

Характеристика	Значения
Цифровой преобразователь изображений	Да
Стандартный объектив	30° x 23°
Объектив 25°	Дополнительно: 25°x19°
Телеобъектив	Дополнительно: 11° x 9°
Супер-телеобъектив	Дополнительно: 5° x 3,7°
Мастер компоновки изображений	Да
Лазер (не для США, Японии и Китая)	635 нм, Класс 2
Запись голоса	через Bluetooth (не для всех регионов)/через проводную гарнитуру
Видеоизмерение (через USB)	До 3 точек измерения
Полное радиометрическое видеоизмерение (через USB)	Опция
Звуковой аварийный сигнал	Да

Хранение изображений

Характеристика	Значения
Формат файлов	.bmt + возможность экспорта в форматы .bmp, .jpg, .png, .csv и .xls
Формат видеофайлов (через USB)	.wmv и .mpeg-1/: vmt (радиометрическое видео, формат Testo)
Устройство хранения данных	Карта SD: 2 Гб (от 800 до 1000 изображений).

Питание

Характеристика	Значения
Тип аккумулятора	Быстрозаряжаемый, литий-ионный аккумулятор с возможностью замены на месте проведения работ
Время работы	Прибл. 4,5 ч при 20-30°C (68-86°F)
Варианты зарядки	В приборе/в станции зарядки (как вариант)
Работа от сетевого источника питания	Да, от блока питания 0554 8808
Выходное напряжение блока питания	5 В/4 А

Окружающие условия

Характеристика	Значения
Диапазон рабочей температуры	-15 ... +50°C (5 - 122°F)
Температурный диапазон хранения	-30... +60°C (-22 - 140°F)
Влажность воздуха	20-80% при отсутствии конденсата

Физические характеристики

Характеристика	Значения
Масса	1570 г. (с аккумулятором)
Размеры (Д x Ш x В)	253 x 126 x 132 мм
Установка на штатив	Стандартная крупная резьба 1/4" - 20
Класс защиты корпуса (IEC 60529)	IP54
Виброустойчивость (IEC 60068-2-6)	2G

Bluetooth (не для всех регионов)

Характеристика	Значения
Обозначение типа	BlueGiga WT 11
Краткие сведения о приборе	WT 11
Обозначения	B01867
Компания	10274
Сведения ФКС (Федеральной комиссии по связи)	<p>Данное устройство отвечает требованиям Части 15 директив ФКС. При вводе в эксплуатацию должны соблюдаться следующие два условия: (1) Данный прибор не должен создавать никаких опасных помех и (2) данный прибор должен быть рассчитан на работу в условиях помех, даже если такие помехи могут отрицательным образом влиять на его работу.</p> <p>Изменения и модификации прибора без надлежащим образом оформленной санкции со стороны testo SE & Co. KGaA могут послужить основанием для лишения права использования данного прибора.</p>

Характеристика	Значения
Сведения для работы с прибором	Bluetooth можно в любой момент отключить либо для экономии ресурса аккумулятора, либо в случае, когда использование радиосвязи не разрешено, например, в самолётах или в больницах.

Директивы

Характеристика	Значения
Директива ЕС	2014/30/ЕС



Декларацию соответствия ЕС вы можете скачать на сайте www.testo.de в разделе с описания прибора.

3.3. Программное обеспечение

Внутреннее (встроенное) программное обеспечение (ПО), устанавливаемое при изготовлении тепловизоров и не имеющее возможности считывания и модификации, отображено в таблице 1.

Внешнее ПО, устанавливаемое на ПК не является метрологически значимым и предназначено для подключения тепловизоров к ПК с целью копирования термограмм, визуализации, сохранения и обработки.

3.3.1. Принцип действия

Работой встроенного программного обеспечения управляет микропроцессор, расположенный внутри корпуса тепловизора на электронной плате. Сфокусированное излучение объекта поступает от приемника, представляющего собой неохлаждаемую микроболометрическую матрицу в электронный блок, преобразуется в цифровой код и поступает на обработку микропроцессором.

Программное обеспечение тепловизоров testo 885-1, testo 885-2, имеет следующее обозначение:

Таблица 1.

Характеристика	Значения
Наименование программного обеспечения	Testo 885
Идентификационное наименование программного обеспечения	t885-1 t885-2
Номер версии (идентификационный номер) программного обеспечения	V1.XX*
Цифровой идентификатор программного обеспечения (контрольная сумма исполняемого кода)	3b95a82b62e2743b36b fbc87ecbb012b
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора программного обеспечения	MD5

* – V1. – метрологически значимая часть ПО;

XX – метрологически не значимая часть ПО.

Цифровой идентификатор исполняемого кода не доступен для пользователя.

3.3.2. Назначение

Программное обеспечение тепловизоров инфракрасных testo 885-1, testo 885-2, предназначено для преобразования полученного с приемника сигнала в цифровой, и сопоставления его соответствующим единицам измеряемой величины. Кроме того, с помощью заложенной в процессор микропрограммы осуществляется вывод полученных значений на ЖК-дисплей, выбор пользовательских режимов, запись, хранение и считывание измеренных данных из памяти тепловизора.

Структурно программное обеспечение представляет собой один модуль обработки сигнала, один модуль памяти и модуль управления интерфейсом. Модули могут работать как одновременно, так и по очереди. При запуске модуля памяти работа других модулей временно приостанавливается.

Встроенное ПО выполняет следующие функции:

- управление питанием тепловизора и первичного преобразователя
- преобразование полученного сигнала в единицы измеряемой величины

- отображение данных на ЖК-дисплее
- обработка команд поступающих при нажатии кнопок интерфейса
- запись/хранение/считывание данных из памяти тепловизора
- расчет значений по запросу пользователя (мин., макс., сред., и др.)

3.3.3. Идентификация ПО

Встроенное программное обеспечение представляет собой микропрограмму, установленную в микропроцессор путем записи в его энергонезависимую память при производстве тепловизора. Каждой микропрограмме, при ее записи, присвоена версия, которая отражает определенный набор функций, соответствующий данному прибору.

Значимой частью номера версии ПО является первая цифра. Цифра в номере после точки означает модификации, заключающиеся в несущественных для технических характеристик изменениях (например, добавлении языка интерфейса, порядка вывода на дисплей и т.п.) или устранении незначительных программных дефектов.

Идентификация ПО может быть выполнена двумя способами:

1. Через меню пользователя тепловизора.
2. При помощи специализированного сервисного оборудования производителя.

Наиболее простым и доступным методом идентификации является считывания версии ПО с дисплея тепловизора во время его загрузки. При этом на дисплей выводится модель тепловизора и номер версии ПО. Кроме того, идентификационные данные могут быть выведены на дисплей путем выбора соответствующего пункта меню.

Для идентификации ПО вторым способом требуется наличие специального сервисного адаптера, а также сервисного программного обеспечения, позволяющего считать сервисную информацию и внутренней памяти микропроцессора.

В программном обеспечении реализованы следующие расчетные алгоритмы:

- Поиск минимума числового ряда
- Поиск максимума числового ряда
- Вычисление среднего числового ряда
- Сглаживание колебаний числовой переменной

Все алгоритмы используют стандартные математические процедуры и физические формулы.

3.3.4. Интерфейсы тепловизоров

Описание интерфейсов пользователя, всех меню и диалогов тепловизоров приводятся в разделах 5 и 6 настоящего руководства.

Обработка и хранение данных осуществляется внутри электронных компонентов тепловизора без использования открытых интерфейсов связи. Для передачи данных на ПК используется последовательный интерфейс RS232/USB. При помощи которого, пользователь может скопировать данные из внутренней памяти тепловизора на внешний носитель ПК, представить в табличном/графическом виде и распечатать.

При подключении тепловизора с помощью USB-порта для доступа к считыванию данных и правильного отображения информации в операционной системы (ОС) ПК требуется драйвер, содержащий набор команд, позволяющий считать данные из ячеек памяти тепловизора с использованием ОС.

3.3.5. Защита ПО

Защита программного обеспечения осуществляется путем записи бита защиты при программировании микропроцессора в процессе производства приборов. Установленный бит защиты запрещает чтение кода микропрограммы, поэтому модификация программного обеспечения (умышленная или неумышленная) невозможна. Снять бит защиты можно только при полной очистке памяти микропроцессора вместе с программой находящейся в его памяти.

3.3.6. Хранение данных

Тепловизоры используют энергонезависимое постоянное запоминающее устройство (ППЗУ) или ППЗУсо встроенным источником питания (элемент CR2032). Запоминающее устройство совмещено с процессором и представляет собой электрически стираемое перепрограммируемое ПЗУ. Память такого типа может стираться и заполняться данными несколько десятков тысяч раз. Емкость ПЗУ составляет 2048 байт.

Команды пользователя позволяют разметить ячейки ПЗУ и задать имена массивам сохраняемых измеренных данных, для дальнейшей идентификации и соотнесения измеренных значений объекту измерения. Тепловизоры testo 885-1, testo 885-2, не имеют возможности подключения и сохранения данных на съемных, а также удаленных носителях.

Для запуска и выполнения микропрограммы используется 8-разрядный микропроцессор с тактовой частотой не менее 200

4 Описание прибора

4.1. Обзор

4.1.1. Компоненты прибора



- 1 Объектив цифрового преобразователя изображений для получения визуальных изображений и два светодиода для подсветки
- 2 Объектив инфракрасной камеры для получения термограмм
- 3 **[Фиксатор объектива]** для открытия фиксатора объектива
- 4 Резьба (стандартная крупная резьба 1/4" - 20) для установки на штатив (с нижней стороны тепловизора). Во избежание опрокидывания прибора не используйте настольных штативов!
- 5 Лазер (не для всех регионов) для маркировки объектов измерений.

i При использовании супер-телеобъектива лазер для маркировки объектов недоступен.

⚠ ВНИМАНИЕ



Лазерное излучение! Лазер Класса 2

> Не смотрите в луч лазера.







- 6 **Кольцо фокусировки (Focusing ring)** для ручной фокусировки.

ВНИМАНИЕ

Опасность повреждения автоматического механизма!

> Вращайте **Кольцо фокусировки (Focusing ring)** только при отключённой функции автофокусировки (🚫).

- 7 Поворотная рукоятка и ремень с настраиваемой длиной + шнурок крышки объектива
 8 Аккумуляторный отсек (с нижней стороны тепловизора).
 9 Кнопки управления (на задней и верхней панели тепловизора):

Кнопка	Функции
	Включение и выключение тепловизора
 (5-ходовой джойстик)	Нажатие  : открытие меню, активирование выбранного пункта/настройки. Наклон  вверх/вниз/вправо/влево: выбор функции и навигация
	Отмена действия.
	Кнопки быстрого доступа для активирования различных функций. Назначение текущей кнопки быстрого доступа будет показано на дисплее (в верхнем левом углу). Настраиваемые функции, см. Кнопка конфигураций , стр. 77 .
[Кнопка затвора] (Trigger button) (круглая кнопка без маркировки)	Нажатие кнопки (только при активной функции автофокусировки): автоматическая фокусировка изображения. Нажатие кнопки: запись (стоп-кадр/сохранение) изображения.

- 10 Два хомута для переносного/наплечного ремня.


- 11 Гнёзда:

Гнездо	Назначение
Вид сверху	<p>Гнездо питания, гнездо гарнитуры, СД-индикатор состояния аккумулятора.</p> <p>СД-индикация состояния аккумулятора (при включённом тепловизоре):</p> <ul style="list-style-type: none"> Откл. (аккумулятор не установлен). Мигание (подключён блок питания, и выполняется зарядка аккумулятора). Вкл. (подключён блок питания, и аккумулятор полностью заряжен).
Вид снизу	Порт USB и слот карты памяти, HDMI порт тип D.

12 Дисплей: откидывается на 90° и поворачивается на 270°.








i После выключения тепловизора дисплей остаётся активным даже в закрытом положении. Для сохранения ресурса аккумулятора рекомендуется использовать режим энергосбережения, см. **Режим энергосбережения**, стр. 79.

4.1.2. Визуальный интерфейс дисплея



1 Вывод изображения: просмотр инфракрасного или реального изображения.

2 Отображение шкалы:

Отображение	Описание
	Защитное стекло (Protection glass) – функция "Защитное стекло" активна. Функция не активна – нет символов.
	Отображение единицы измерения и шкалы для значения измерения.
	Слева: температурная граница изображения на дисплее с минимальным/максимальным значением измерения (с автоматической настройкой шкалы) или выбранное минимальное/максимальное значение на дисплее (с ручной настройкой шкалы). Справа: температурная граница изображения на дисплее в рамках установленного диапазона измерения с указанием предельных значений данного диапазона.
 или 	Активна автоматическая или ручная настройка шкалы.
	Активна настройка гистограммы.
	Установленный коэффициент излучения.

3 Панель выбора режима работы тепловизора:

















 кнопка режима записи,  – кнопка режима галереи изображений.



















4 Строка меню: строка меню состоит из 3 вкладок, включая кнопки выбора функций:



Дополнительные сведения приведены в **Панель меню/вкладки**, стр. 39.

5 Индикаторы состояния:

Отображение	Описание
A: B:	<p>Возможные функции кнопок быстрого доступа (для изменения назначения кнопок см. Кнопка конфигураций, стр. 77):</p> <ul style="list-style-type: none"> : Тип изображения : Коэффициент излучения. : Палитра. : Шкала. : СД-индикаторы питания : Лазер. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p style="background-color: yellow; text-align: center;">⚠ ВНИМАНИЕ</p> <p style="text-align: center;"> Лазерное излучение! Лазер Класса 2</p> <p style="text-align: center;">> Не смотрите в луч лазера.</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> : Настройка. : Увеличение. : Уменьшение. : Влажность : Солнечный режим : Ассистент компоновки изображений : Распознавание участка <p>При просмотре сохранённого изображения в режиме представления одинарных изображений из галереи функциональным кнопкам присваиваются следующие функции:</p> <ul style="list-style-type: none"> A: : просмотр предыдущего изображения. B: : просмотр следующего изображения.


Отображение	Описание
	Питание/ёмкость аккумулятора:  : Питание от сети, аккумулятор полностью заряжен.  : Питание от сети, аккумулятор не установлен.  : Питание от аккумулятора, уровень заряда – 75-100%  : Питание от аккумулятора, уровень заряда – 50-75%  : Питание от аккумулятора, уровень заряда – 25-50%  : Питание от аккумулятора, уровень заряда – 10-25%  : Питание от аккумулятора, уровень заряда – 0-10%  -  -  -  -  (с анимацией): зарядка аккумулятора.
	Включение или выключение автофокусировки.
	Установлена связь с радиозондом.
	Интерфейс Bluetooth активен.
	подсоединена гарнитура.
	Установлено соединение через USB.

4.1.3. Концепция управления

Существует два метода управления тепловизором.

Управление через **сенсорный экран** обеспечивает быстрый доступ к функциям. Управление с использованием **джойстика** требует больше действий, но обеспечивает возможность управления тепловизором одной рукой.

Управлением с использованием джойстика

Выбор и активирование выполняется в два шага: при наклоне джойстика () вверх/вниз/вправо/влево на дисплее в соответствующем направлении перемещается поле выбора. Выбранная функция или кнопка станет активной после нажатия джойстика.

Управление через сенсорный экран

Выбор и активирование выполняется в один шаг: выбор с одновременным активированием нужной функции или кнопки осуществляется прикосновением к экрану.

- i** Емкостной сенсорный экран. Управление возможно лишь без перчаток или с помощью проводящего стилуса.
-

Рисунки в данном документе

Для выполнения базовых настроек приведены примеры обоих методов управления тепловизором с описанием всех шагов, см. **Выполнение базовых настроек**, стр. 27.

В остальных главах приводятся только описания функций/кнопок, которые можно активировать:

- Управление через сенсорный экран: прикосновением пальца.
- Управление с использованием джойстика: сначала выберите нужный пункт (наклоном вверх/вниз/вправо/влево) и активируйте (нажатием джойстика).

4.2. Базовые характеристики

4.2.1. Питание

Питание прибора осуществляется либо от сменного аккумулятора, либо от входящего в комплект поставки блока питания.

При подключённом блоке питания питание прибора автоматически осуществляется от блока питания, и выполняется зарядка установленного аккумулятора (только при окружающей температуре 0-40°C).

- i** При более высокой окружающей температуре может потребоваться более длительное время зарядки.
-

Для зарядки аккумулятора также можно использовать настольную станцию зарядки (принадлежность: 0554 8851).

Прибор оснащён буферным аккумулятором для сохранения системных данных в случаях перебоев питания (например, при замене аккумулятора).

4.2.2. Форматы и имена файлов

Все сохранённые изображения состоят из инфракрасного и реального изображений.

При сохранении изображений используется следующий формат именования: XXууууу.ззз

XX:

- **IR** – для всех отдельных (стандартных) изображений
- **ST** – для пакетов из нескольких отдельных изображений (созданных с использованием ассистента компоновки изображений)
- **SQ** – последовательность файлов в формате VMT (созданных с использованием ассистента создания последовательности)
- **AB, AV** и т.д. **AZ, BA, BB** и т.д.: отдельные изображения в последовательности изображений в формате VMT (созданных с использованием Ассистента Создания последовательности)

ууууу: 6-значный порядковый номер.

ззз:


- **bmt** – для всех изображений (уникальное для компании Testo расширение файла)
- **vmt** – для всех видеофайлов (уникальное для компании Testo расширение файла)

5 Первые шаги

5.1. Начало работы

5.1.1. Подсоединение аккумулятора

1. Откройте крышку аккумуляторного отсека (1).
2. Полностью вставьте аккумулятор (2) в аккумуляторный отсек до фиксации.





Тепловизор будет включен автоматически.













3. Закройте крышку аккумуляторного отсека.

5.1.2. Выполнение базовых настроек









- > Откройте дисплей и снимите с него защитную плёнку.
- На дисплее будет показан стартовый экран.
- При первом включении тепловизора: будут поочередно открыты диалоги **Уст.страну (Country settings)** и **Уст. дату/время (Set time/date)** для выбора языка, единицы измерения температуры ($^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$) и для установки даты/времени.






Управление через сенсорный экран

- ✓ Будет открыт диалог **Уст.страну (Country settings)**.
- 1. Выберите нужный язык прикосновением. При необходимости с помощью прокрутки  /  просмотрите другие языки.
- Активный язык будет отмечен маркером.

2. Нажмите  для изменения единицы измерения.
 - Активная единица измерения будет показана в верхнем правом углу дисплея.
 3. Нажмите  для подтверждения ввода.
 - Будет открыт диалог **Уст. дату/время (Set time/date)**.
 4. Нажмите верхнюю кнопку  для открытия экрана ввода **Время (Time)**.
 5. Установите значения для **Часы (Hour)** и **Минуты (Minute)** с помощью  / .
 6. Нажмите  для подтверждения ввода.
 7. Нажмите нижнюю кнопку  для открытия экрана ввода **Дата (Date)**.
 8. Установите значения для **День (Day)**, **Месяц (Month)** и **Год (Year)** с помощью  / .
 9. Нажмите  для подтверждения ввода.
 10. Нажмите  для закрытия экрана ввода.
- > Нажмите с удержанием  для выключения тепловизора.

Управлением с использованием джойстика


- ✓ Будет открыт диалог **Уст. страну (Country settings)**.
- 1. Наклоните  вверх/вниз для выбора нужного языка.
 - Выбранный язык будет выделен оранжевым квадратом.
- 2. Нажмите  для активирования выбранного языка.
 - Активный язык будет отмечен маркером.
- 3. Наклоните  влево/вверх для выбора .
- 4. Нажмите  для изменения единицы измерения.
 - Активная единица измерения будет показана в верхнем правом углу дисплея.
- 5. Наклоните  вниз для выбора .
- 6. Нажмите  для активирования.
 - Будет открыт диалог **Уст. дату/время (Set time/date)**.

- Будет выбрана верхняя кнопка .
- 7. Нажмите [●] для открытия экрана ввода **Время (Time)**.
- 8. Наклоните [●] вверх/вниз для установки значений для **Часы (Hour)** и **Минуты (Minute)**. Для переключения между параметрами наклоните [●] влево/вправо.
- 9. Наклоните [●] влево для выбора .
- 10. Нажмите [●] для активирования выбранного пункта и закрытия экрана ввода.
- 11. Наклоните [●] вниз для выбора нижней кнопки .
- 12. Нажмите [●] для открытия экрана ввода **Дата (Date)**.
- 13. Наклоните [●] вверх/вниз для установки значений для **День (Day)**, **Месяц (Month)** и **Год (Year)**. Для переключения между параметрами наклоните [●] влево/вправо.
- 14. Наклоните [●] влево для выбора .
- 15. Нажмите [●] для активирования выбранного пункта и закрытия экрана ввода.
- 16. Наклоните [●] влево для выбора .
- 17. Нажмите [●] для активирования выбранного пункта и закрытия экрана ввода..
- > Нажмите с удержанием [⏻] для выключения тепловизора.

5.1.3. Первая зарядка аккумулятора

Тепловизор поставляется с частично-заряженным аккумулятором. Перед использованием полностью зарядите аккумулятор.

- > Вставьте штепсель установленного стандарта сетевого кабеля блока питания в розетку.



1. Откройте крышку верхнего интерфейсного разъёма (1).
2. Подсоедините блок питания к сети (2).
3. Вставьте штепсель блока питания в розетку.
 - Телевизор будет включен автоматически.

i Зарядка аккумулятора возможна как при включённом, так и при выключенном телевизоре. Это никоим образом не влияет на время зарядки.

- Начнётся процесс зарядки аккумулятора.
- Состояние зарядки определяется по СД-индикатору состояния (3):
 - СД-индикатор мигает: выполнение зарядки.
 - СД-индикатор горит постоянно: аккумулятор заряжен, и процесс зарядки завершён.
- 4. Полностью зарядите аккумулятор, после чего отсоедините прибор от блока питания.
 - Прибор будет готов к работе после первой зарядки аккумулятора.

Настольная станция зарядки (принадлежность: 0554 8851) также пригодна для зарядки аккумулятора.

5.2. Знакомство с прибором

5.2.1. Настройка длины ручного ремня



- > Поставьте тепловизор на левую сторону.
- 1. Отстегните липучку ручного ремня (1).
- 2. Потяните вверх конец ремня с креплением (2).
- 3. Вставьте правую руку под ремень справа.
- 4. Выберите длину ремня по руке: ослабьте/натяните ремень и вновь зафиксируйте.
- 5. Пристегните липучку ручного ремня.

5.2.2. Крепление крышки объектива к ручному ремню



- > Вставьте клипсу крышки (1) в петлю ручного ремня (2).

5.2.3. Вращение рукоятки

Рукоятка поворачивается на 180° в 10 положениях.



1. Вставьте правую руку под ремень.
2. Держите тепловизор левой рукой. Для этого возьмитесь за переднюю часть корпуса тепловизора (1).

ВНИМАНИЕ

Опасность повреждения дисплея!

> Не держите тепловизор за откидной дисплей.

3. Разверните правую руку для выбора нужного положения рукоятки (2). Нажмите средним и безымянным пальцами. Для поворота в противоположную сторону нажмите запястьем руки.

5.2.4. Крепление наплечного ремня



- > Соедините замки наплечного ремня и прикрепленного к тепловизору ремня для переноски.


5.2.5. Использование кейса для объектива

Кейс для объектива (входящий в комплект поставки сменного объектива) служит для защиты и транспортировки сменного объектива. Его можно прикрепить к поясному ремню с помощью карабина.

Во избежание повреждений объектива с обратной его стороны необходимо устанавливать прозрачную пластиковую крышку, если объектив не установлен на тепловизор. Молния кейса должна быть полностью застегнута.

5.2.6. Установка карты памяти

1. Откройте крышку нижнего интерфейсного разъёма (1).
2. Вставьте карту памяти (SD или SDHC) в специальный слот (2).



- > Извлечение карты памяти: нажмите на карту памяти для открытия фиксатора.

5.2.7. Установка/снятие инфракрасного защитного фильтра

i Использование инфракрасного защитного фильтра в сочетании с супер-телеобъективом не допускается.

У фокусирующего кольца объектива имеется внутренняя резьба для установки защитного фильтра.

Установка

- > Вставьте защитный фильтр в фокусирующее кольцо объектива и заверните до упора по часовой стрелке.

Снятие

- > Поверните защитный фильтр против часовой стрелки и снимите его.

После установки/снятия защитного фильтра включите или отключите функцию **Защитное стекло (Protection glass)**, см.

Оптика, стр. 78. Опция не включает компенсацию возникающих отклонений в результате установки или снятия защитного фильтра. Однако задокументированная измерительная погрешность не может быть гарантирована.

5.2.8. Замена объектива

Можно использовать только объективы, адаптированные к соответствующим моделям тепловизоров. Серийный номер объектива должен соответствовать серийному номеру тепловизора, см. , стр. 78.

- > Поместите тепловизор на устойчивую поверхность.

Снятие объектива





1. Возьмите объектив левой рукой (1), правой рукой (2) возьмите тепловизор и нажмите **[Фиксатор объектива (Release lens)]** (3).
2. Против часовой стрелки отверните объектив и снимите. Не находясь в использовании объективы необходимо хранить в специальном кейсе (входящим в комплект поставки взаимозаменяемого объектива).


Установка нового объектива




1. Возьмите объектив левой рукой (1) и правой рукой (2) держите тепловизор.
2. Совместите метки на объективе и на корпусе прибора (4) и поместите объектив в оправу.
3. Вставьте объектив в оправу до упора и по часовой стрелке заверните до фиксации.

5.2.9. Включение/выключение тепловизора

1. Снимите защитную крышку объектива.
 2. Нажмите .
- На дисплее будет показан стартовый экран. Также будут показаны сведения о приборе (например, серийный номер, обозначение типа и версия микропрограммы).
 - Будет открыт вид представления Измерение. Значения измерений на курсоре и шкала будут показаны лишь по завершении фазы стабилизации (и будут отмечены вращающейся пиктограммой в правом верхнем углу дисплея).
 - Примерно каждые 60 сек. выполняется автоматическая настройка тепловизора. Выполнение данной операции сопровождается "щелчком". При этом на дисплей выводится стоп-кадр изображения.
- > Выключение: Нажмите  до исчезновения запроса подтверждения.
- Выключите тепловизор.

5.2.10. Ручная фокусировка изображения

ВНИМАНИЕ	
Опасность повреждения автоматического механизма!	
>	Вращайте Кольцо фокусировки только при отключённой функции автофокусировки ( .





- > Отключите автоматическую фокусировку:  | .
-  будет показано на дисплее.
- > Вращайте **Кольцо фокусировки** объектива до получения нужной резкости изображения.

i Для фокусировки соблюдайте соответствующее

минимальное расстояние в зависимости от используемого объектива:


- телеобъектив: 0.5 м
 - супер-телеобъектив: 2 м
 - стандартный объектив 0,1 м
 - объектив 25° 0,2 м
-

5.2.11. Автоматическая фокусировка изображения

- > Включите автоматическую фокусировку:  | .
-  будет показано на дисплее и  будет выделена оранжевым цветом
 - > Нажмите **[Кнопку затвора] (Trigger button)**.
- Фокус изображения будет настроен автоматически. Область фокусировки должна находиться в пределах оранжевой рамки, которая будет показана на дисплее при нажатии кнопки затвора.

5.2.12. Запись (фиксация/сохранение) изображения

1. Нажмите **[Кнопку затвора] (Trigger button)**.
- Изображение будет зафиксировано (будет показан стоп-кадр).

При необходимости сохранения изображения нажмите  для выбора пути сохранения, см.

Галерея изображений, стр. 57.

2. При необходимости сохранения изображения: ещё раз

нажмите **[Кнопку затвора] (Trigger button)** или .

- Будет сохранено инфракрасное изображение, а нему автоматически будет приложено реальное.
- > При отсутствии необходимости сохранения изображения: нажмите **[Esc]**.




6 Использование прибора

6.1. Панель меню/вкладки

Доступ к функциям осуществляется через панель меню. Панель меню состоит из 3 вкладок. Набор доступных функций зависит от выбранной вкладки.

Ниже приводится краткое описание вкладок и функций. Подробные сведения о каждой индивидуальной функции представлены в следующих главах.

6.1.1. Вкладка Аналитические функции

Кнопка	Функция	Описание
	Новая отметка (New mark)	Вставка новой отметки точки измерения. Также см. Выделение пикселя Новая отметка , стр.45.
	Мин/Макс в зоне (Min/Max on Area)	Просмотр маркера области. Также см. Функция «Мин/Макс в зоне» , стр.46.
	Горячая точка (Hotspot)	Просмотр максимального значения измерения. Когда функция активна, кнопка выделена оранжевым цветом. Также см. Выделение пикселя Горячая точка , стр.44.
	Холодная точка (Coldspot)	Просмотр минимального значения измерения. Когда функция активна, кнопка выделена оранжевым цветом. Также см. Выделение пикселя Холодная точка , стр. 44.
	Тип изображения	Переключение вида представления: переключение между инфракрасным и реальным изображением.






6.1.2.  Вкладка градуировки и коррекции

Кнопка	Функция	Описание
	Шкала (Scale)	Откройте экран ввода Ручная шкала (Scale manual) . Настройка шкалы значений измерений. Также см. Ручная градуировка , стр. 54.
	Сигнал тревоги (Alarm)	Откройте экран ввода Сигнал тревоги (Alarm) . Установка предельных значений и включение/отключение функции. Также см. Сигнал тревоги , стр. 47.
	Изотерма (Isotherm)	Откройте экран ввода Изотерма (Isotherm) . Установка предельных значений и включение/отключение функции. Также см. Изотерма, стр. 48.
	Влажность (Humidity)	Откройте экран ввода Humidity . Установка параметров и включение/отключение функции. Также см. Влажность , стр. 48.
	Кэф. Излучения (Emissivity)	Откройте экран ввода К. Излучения (Emissivity) . Установите параметры. Также см. Коэффициент излучения , стр. 52.



6.1.3. Вкладка Главное меню






Доступные на вкладке функции будут различаться в зависимости от текущего вида представления.

Просмотр текущего изображения

Кнопка	Функция	Описание
	Меню (Menu)	Откройте меню. Через меню в трех вкладках доступно большинство основных функций + множество дополнительных функций. См. Измерение , стр. 42 .
	Автоматическая фокусировка	Включение/отключение автоматической фокусировки.
	Увеличение	Для увеличения изображения (5-ступенчатое цифровое увеличение).
	Уменьшение	Уменьшение изображения до размеров полного экрана.
	Site recognition	Запись маркеров участков. По умолчанию данная кнопка на дисплее отсутствует. Её необходимо активировать каждый раз при включении тепловизора: для этого воспользуйтесь функцией Site recognition , доступной через меню, и установите, по меньшей мере, один маркер.

Просмотр зафиксированного или сохранённого изображения

Кнопка	Функция	Описание
	Меню (Menu)	См. выше.
	Сохранить	Сохранение стоп-кадра изображения.

Кнопка	Функция	Описание
	Папка (Folder)	Откройте экран ввода Папка (Folder) для выбора папки сохранения изображений. Функция доступна только в режиме просмотра.
	Аудио (Audio)	С подсоединённой гарнитурой: откройте экран ввода Аудио , см. Аудио , стр. 81 .
	Промежуточное масштабирование	<p>Будет показана промежуточное масштабирование с дополнительными функциями..</p> <p> : меню, см. выше.</p> <p> : увеличение, см. выше</p> <p> : уменьшение, см. выше.</p> <p> : кнопки на дисплее для перемещения увеличенного изображения. Для перемещения используйте кнопки на изображении.</p> <p> : закрытие промежуточного масштабирования.</p>
	Удалить изображение	Функция доступна только для сохраненного изображения.

6.2. Функции меню

6.2.1. Измерение

Диапазон измерения



Диапазон измерения можно установить в соответствии с определённой областью применения. Если выбран диапазон измерения 3 (высокотемпературный диапазон измерения), то апертурное отверстие объектива будет автоматически сужено во избежание повреждения детектора.

- i** При использовании супер-телеобъектива выбор диапазона измерения до 1200 °C (2192 °F) не допускается.

ВНИМАНИЕ



Опасность повреждения детектора!

- > Если выбран диапазон измерения 1 и 2: не направляйте тепловизор на объекты, температура которых превышает 550°C (1022°F).
- > Если выбран диапазон измерения до +650 °C (1202 °F): не направляйте тепловизор на объекты, температура которых превышает +650 °C.
- > Если выбран диапазон измерения до +1200 °C (+2192 °F): не направляйте тепловизор на объекты, температура которых превышает 1400°C (2552°F).

Задача	Действия/описание
Выберите диапазон измерения.	>   Измерения (Measurement) Измер. Диапазон (Measurement range)  1 или  2 или  3 или  4 .
Включить/отключить отображение предупреждающего сообщения при сохранении изображений со значениями, выходящими за пределы диапазона измерения	>  Предупреждение о выходе за пределы диапазона. > Для отключения нажмите кнопку еще раз




Выделение пикселя | Горячая точка

Может быть показано выделение горячей точки (перекрёстный курсор с максимальным значением измерения на дисплее).

Задача	Действия/описание
Показать/скрыть выделение горячей точки.	<p data-bbox="574 363 596 395">></p> <div data-bbox="624 331 742 379">   </div> <p data-bbox="624 387 664 411">или</p> <p data-bbox="574 451 596 483">></p> <div data-bbox="624 419 742 467">   </div> <p data-bbox="624 443 999 553">Измерения (Measurement) Выделить пиксель (Pixel mark) Горячая точка (Hotspot).</p>




Выделение пикселя | Холодная точка

Может быть показано выделение холодной точки (перекрёстный курсор с минимальным значением измерения на дисплее).

Задача	Действия/описание
Показать/скрыть выделение холодной точки.	<p data-bbox="574 815 596 847">></p> <div data-bbox="624 783 742 831">   </div> <p data-bbox="624 839 664 863">или</p> <p data-bbox="574 903 596 935">></p> <div data-bbox="624 871 742 919">   </div> <p data-bbox="624 895 999 1005">Измерения (Measurement) Выделить пиксель (Pixel mark) Горячая точка (Hotspot).</p>





Выделение пикселя | Новая отметка

Для просмотра и свободного выбора местоположения доступно до 10 отметок точек измерения (перекрёстный курсор со значениями измерений на дисплее).

Задача	Действия/описание
Вставка новой отметки.	<p>>  .</p> <p>или</p> <p>>   Измерения (Measurement) Выделить пиксель (Pixel mark) Новая отметка (New mark).</p>
Перемещение перекрёстного курсора.	<p>> Нажмите и перетащите перекрёстный курсор. Управление с использованием джойстика:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Выберите перекрёстный курсор и активируйте нажатием джойстика. 2. Переместите перекрёстный курсор наклоном джойстика. <p>> Выполнение выхода: Повторным нажатием джойстика активируйте Прекратить перемещение (Quit moving) в контекстном меню.</p>
Скрыть перекрёстный курсор.	<p>Дважды нажмите джойстик и нажмите Убрать (Hide) в контекстном меню.</p> <p>Управление с использованием джойстика:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Выберите перекрёстный курсор и дважды нажмите джойстик. 2. В контекстном меню активируйте Убрать (Hide).

Функция «Мин/Макс в зоне»









Может быть выделена и позиционирована зона. Для данной зоны будут показано до 5 отметок минимальное (**Мин**), максимальное (**Макс**) и среднее (**Сред**) значения измерения.

Задача	Действия/описание
Просмотр зоны выделения.	>   .
Просмотр дополнительных зон	>   . или >   Измерения (Measurement) Мин/Макс в зоне (Min/Max on Area).
Перемещение выделения зоны.	> Нажмите и перетащите выделение зоны. Управление с использованием джойстика: 1. Выберите выделение зоны и активируйте нажатием джойстика. 2. Переместите выделение зоны наклоном джойстика. > Выполнение выхода: Повторным нажатием джойстика активируйте Прекратить перемещение (Quit moving) в контекстном меню. i Перемещаются все отображаемые метки в пределах выбранного диапазона.
Изменить размер/скрыть выделение зоны.	> Выберите зону Увеличить выделенную зону > Нажмите  . Уменьшить выделенную зону. > Повторно нажмите  .

Задача	Действия/описание
Скрыть выбранный диапазон	> Выберите диапазон > Нажмите  .
Горячая точка в выбранном диапазоне	> Выберите диапазон > Нажмите  .
Холодная точка в выбранном диапазоне	> Выберите диапазон > Нажмите  .











Сигнал тревоги

Функция сигнала тревоги поддерживает просмотр в едином цвете (цвете тревоги) всех точек изображения со значениями измерений выше верхнего и ниже нижнего сигнального уровня тревоги. Для настройки цветов тревоги см. **Выбор** цветов, стр. 56.

Задача	Действия/описание
Откройте экран ввода Сигнал тревоги Alarm .	>   или >   Измерения Сигнал тревоги .
Активируйте/деактивируйте Нижний сигнальный уровень или Верхний сигнальный уровень .	>  Активно (Active) . Для деактивирования повторно нажмите кнопку.
Установка значений тревоги.	>  ,  .
Примените ввод.	>  .

Изотерма










Функция Изотерма поддерживает просмотр в едином цвете (цвете изотермы) всех точек изображения в рамках предельных значений. Для настройки цвета изотермы см. **Выбор цветов**, стр. 56.

Задача	Действия/описание
Откройте экран ввода Изотерма (Isotherm) .	  > или   Измерения Изотерма (Isotherm) .
Активирование/деактивирование просмотра изотермы.	 Активно (Active) . > Для деактивирования повторно нажмите кнопку.
Активирование/деактивирование звукового сигнала тревоги	 Активно (Active) . Для деактивирования повторно нажмите кнопку.
Установите верхнее и нижнее предельные значения для изотермы.	>  ,  .
Создайте привязку для настройки верхнего/нижнего предельных значений.	>  .
Примените ввод.	>  .

Влажность

Значения окружающей температуры и влажности, введённые вручную или измеренные с использованием поддерживаемого радиозонда влажности, используются при расчёте относительной поверхностной влаги для каждого пикселя. Эти значения могут быть представлены в виде влагограммы. Специальная цветовая палитра служит для индикации областей, подверженных образованию плесени:

Цвет	Поверхностная влага	Оценка
зелёный	0...64% ОВ	не критично
жёлтый/оранжевый	65 - 80%RH	потенциально-критично
красный	>80% ОВ	критично

Задача	Действия/описание
Откройте экран ввода Влажность (Humidity) .	>   . или >   Измерения Влажность .
Активирование/деактивирование просмотра влагограммы.	>  Активно (Active) . Для деактивирования повторно нажмите кнопку.
Вручную установите значения для окружающей температуры (Темп. окр. среды) и окружающей влажности (Влажность):	>  ,  .
Установите радиосвязь с поддерживаемым радиозондом влажности.	>  . Дополнительные сведения приведены в Радио стр. 75.
Примените ввод.	>  .

Температура окружающей среды

Значение температуры окружающей среды должны быть введены вручную или могут быть получены автоматически при активации внутреннего сенсора температуры. Температура окружающей среды также будет показана на экране после активации.









Более точное измерение температуры окружающей среды можно получить активировав радио-зонд.

Задача	Действия/описание
Откройте экран ввода Температура окружающей среды (Ambient temperature) .	 <p>> или</p>  Измерения Ambient temperature.
Вручную установите значения для окружающей температуры (Темп. окр. среды)	
Активирование/деактивирование внутреннего сенсора	 Активно (Active). > Для деактивирования повторно нажмите кнопку.
Активирование/деактивирование отображения значений температуры на дисплее Отображение темп. окр. среды (Ambient temperature display) доступно только при активированном внутреннем сенсоре.	 Активно (Active). > Для деактивирования повторно нажмите кнопку.

Поправка на атмосферные условия

В отношении отклонений значений измерений, возникающих по причине высокой влажности или больших расстояний до объектов измерений, может быть применена поправка. Для этого необходимо ввести поправочные параметры.

Если установлена связь между тепловизором и поддерживаемым радиозондом, то значения окружающей температуры и влажности будут передаваться в тепловизор автоматически. Дополнительные сведения об установлении связи с поддерживаемым радиозондом влажности приведены в **Радио** , стр. 75.





Задача	Действия/описание
Откройте экран ввода Атмосферная коррекция (Atmospheric correction) .	  Измерения (Measurement) Атмосферная коррекция (Atmospheric correction) .
Активируйте поправку на атмосферные условия.	 Активно (Active) . > Для деактивирования повторно нажмите кнопку.
Вручную установите значения для окружающей температуры (Температура (Temperature)), окружающей влажности (Влажность (Humidity)) и расстояния между тепловизором и объектом измерения (Дистанция до объекта (Distance to subject)).	 ,  .
Примените ввод.	 .

Солнечный режим

Для обнаружения и документирования неисправностей фотоэлектрических систем можно выбрать функцию измерения интенсивности солнечного излучения. В целях документирования предусмотрена поддержка ввода значения измерения интенсивности солнечного излучения (полученного с использованием дополнительного прибора). Данное значение будет сохранено вместе с термограммой.

Если данная функция будет активна, то введённое значение для интенсивности солнечного излучения будет показано на дисплее (вверху слева).

Задача	Действия/описание
Откройте экран ввода Солнеч.	  Измерения (Measurement) Солнеч..

Задача	Действия/описание
Активирование функций измерения интенсивности солнечного излучения.	>  Активно (Active). > Для деактивирования повторно нажмите кнопку.
Вручную введите значение для интенсивности излучения (Температура (Temperature)).	>  ,  .
Примените ввод.	>  .

Коэффициент излучения

Можно использовать либо пользовательский коэффициент излучения, либо зарегистрированные коэффициенты излучения 8 материалов. Отражённая температура (коррекция отражённой температуры) может быть установлена индивидуально.

Сведения о коэффициентах излучения:

Коэффициент излучения – это способность тела излучать электромагнитные волны. Данный параметр зависит от определённого материала и подлежит корректировке для получения правильных результатов измерений.

Неметаллические материалы (бумага, керамика, древесина и лакокрасочные материалы), пластик и продукты питания имеют высокий коэффициент излучения, что указывает на простоту измерения поверхностной температуры по инфракрасному излучению.

Для инфракрасных измерений плохо подходят яркие металлы и оксиды металлов, по причине низкого или неоднородного коэффициента излучения. Необходимо наличие гарантии низкой погрешности измерений. Решение проблемы состоит в использовании покрытия, повышающего коэффициент излучения, например, отражающей краски или липкой плёнки (принадлежность – 0554 0051), которой покрывается объект измерения.

В следующей таблице приводятся характерные коэффициенты излучения наиболее важных материалов. Следующие значения могут использоваться в качестве контрольных значений при установке пользовательских настроек.

Материал (температура материала)	Коэффициент излучения
Прокат яркого алюминия (170°C)	0,04
Хлопок (20°C)	0,77
Бетон (25°C)	0,93
Гладкий лёд (0°C)	0,97
Шлифованное железо (20°C)	0,24
Железо с литейной коркой (20°C)	0,80
Железо с прокатной пленой (20°C)	0,77
Гипс (20°C)	0,90
Стекло (90°C)	0,94
Твёрдая резина (23°C)	0,94
Мягкая серая резина (23°C)	0,89
Древесина (70°C)	0,94
Пробка (20°C)	0,70
Радиатор чёрный с гальваническим покрытием (50°C)	0,98
Медь с небольшим окислением (20°C)	0,04
Медь с оксидной плёнкой (130°C)	0,76
Пластик: Полиэтилен, полипропилен, ПВХ (20°C)	0,94
Латунь с оксидной плёнкой (200°C)	0,61
Бумага (20°C)	0,97
Керамика (20°C)	0,92
Чёрная краска, матовая (80°C)	0,97
Сталь с термически обработанной поверхностью (200°C)	0,52
Сталь с оксидной плёнкой (200°C)	0,79
Обожжённая глина (70°C)	0,91
Трансформатор окрашенный (70°C)	0,94
Кирпич, строительный раствор, штукатурка (20°C)	0,93

Сведения об отражённой температуре:

Отражение рассчитывается с помощью данного поправочного коэффициента, принимая во внимание низкий коэффициент излучения, при этом погрешность измерения температуры с помощью инфракрасных приборов – намного выше. В большинстве случаев отражённая температура совпадает с температурой окружающего воздуха. Только в тех случаях, когда объекты с высокими коэффициентами излучения и более высокими значениями температуры (например, печи и машины) находятся в непосредственной близости от объектов измерения следует определять (например, с использованием шарового термометра) и использовать полученные значения температуры излучения этих источников тепла. Отражённая температура лишь в незначительной степени влияет на объекты с высокими коэффициентами излучения.





С помощью компьютерного программного обеспечения можно импортировать в прибор названия других материалов из данного списка.

Задача	Действия/описание
Откройте экран ввода K. Излучения (Emissivity) .	>   . или >   Измерения K. Излучения.
Выберите материал.	> Выберите нужный материал нажатием соответствующей пиктограммы.
Вручную установите коэффициент излучения (только при выбранном пункте По выбору (User defined)) и значение отражённой температуры (RTC).	>  ,  .
Примените ввод.	>  .

Ручная градуировка

Вместо автоматической градуировки (непрерывной автоматической настройки в соответствии с текущими минимальными/максимальными значениями) можно активировать ручную градуировку. Предельные значения

шкалы могут устанавливаться в пределах активного диапазона измерений (см. раздел 6.2.1).




Активный режим будет показан в нижнем правом углу:  ручная градуировка,  автоматическая градуировка.

Задача	Действия/описание
Откройте экран ввода Ручная шкала (Scale manual)	  . > или   Измерения (Measurement) Ручная шкала (Scale manual).
Активируйте/деактивируйте ручную градуировку шкалы.	>  Активно (Active) > Для деактивирования повторно нажмите кнопку.
Установите предельные значения шкалы.	>  ,  .
Создайте привязку для настройки верхнего/нижнего предельных значений.	>  .
Примените ввод.	>  .

6.2.2. Характеристики дисплея

Палитра



Для просмотра термограмм имеется 10 цветовых палитр.

Задача	Действия/описание
Откройте экран ввода Палитра (Palette) .	  Опции дисплея (Display options) Палитра (Palette).
Выбор палитры.	> Выберите нужную палитру нажатием соответствующей пиктограммы.
Примените ввод.	>  .

Настройка гистограммы



Настройка гистограммы, в особенности, для широких диапазонов температур (например, в случаях измерения высоких температур) путём подбора цветовой палитры в соответствии с текущим распределением температур позволяет повысить контрастность.

i При активной настройке гистограммы распределение цветов по шкале между минимальным и максимальным значениями не будет линейным. В силу этого обстоятельства определить температуру по цвету достаточно сложно.

Задача	Действия/описание
Активирование/деактивирование Выравнивание гистограммы (Histogram adjustment) .	  Опции дисплея (Display options) Выравнивание гистограммы (Histogram adjustment) .


Выбор цветов





Для функций измерений **Изотерма (Isotherm)** и **Сигнал тревоги (Alarm)** могут быть выбраны цвета.

Задача	Действия/описание
Откройте экран ввода Выбор цвета (Colour selection) .	  Опции дисплея (Display options) Выбор цвета (Colour selection) .
Выберите нужный цвет для Изотерма (Isotherm) , Верхний уровень (Top Alarm) или Bottom Alarm (Нижний уровень) .	 <ul style="list-style-type: none"> > > Активируйте нужный цвет нажатием соответствующей пиктограммы.
Примените ввод.	 <ul style="list-style-type: none"> >


6.2.3. Галерея изображений

Сохранённые изображения доступны для просмотра и анализа в Галерее изображений. Для сохранения изображений могут быть созданы новые каталоги.





Предусмотрена возможность прослушивания, последующей записи и правки голосовых комментариев. Изображения с голосовыми комментариями будут отмечены следующей пиктограммой: .

Задача	Действия/описание
Открытие Галереи изображений.	>  . или >   Галерея изображений (Image gallery) .
Закрытие Галереи изображений.	>  .

Навигация страницы просмотра



Задача	Действия/описание
Открытие папки.	> Для открытия папки дважды нажмите соответствующую пиктограмму.
Переход на один уровень вверх.	>  .
Открытие вида представления одинарного изображения.	> Для открытия изображения дважды нажмите соответствующую пиктограмму. Сведения о просмотре одинарных изображений приводятся далее по тексту.

Действия на странице просмотра

Задача	Действия/описание
Создание новой папки.	 > > Ввод имени папки.  >
Удаление папки или изображения.	1. Выберите папку или изображение нажатием соответствующей пиктограммы.  2. 3. Подтвердите удаление:  .



Навигация в виде представления одинарного изображения

- ✓ Необходимо открыть вид представления одинарного изображения: см. выше.

Задача	Действия/описание
Открытие Главного меню для активирования функций.	 >
Переход к просмотру следующего или предыдущего изображения.	> [A] или [B].
Возврат к странице просмотра:	 Галерея изображений (Image gallery) .
Закрытие Галереи изображений:	> [Esc].

Действия в виде представления одинарного изображения

- ✓ Необходимо открыть вид представления одинарного изображения: см. выше.

Задача	Действия/описание
Открытие Главного меню для активирования функций.	> 
Удаление изображения.	>  . > Подтвердите удаление:  .
Запись/правка голосовых комментариев.	>  . Дополнительные сведения: См. Аудио , стр. 81 .
Открытие функции промежуточного масштабирования с дополнительными функциями.	>  : меню, см. выше. >  : увеличение изображения (5-ступенчатое цифровое масштабирование). >  : уменьшение изображения до размеров полного экрана. >  : кнопки на дисплее для перемещения увеличенного изображения. Для перемещения используйте кнопки на изображении. >  : закрытие промежуточного масштабирования.


6.2.4. Ассистенты

Создание последовательности (опция)

Используя ассистент создания последовательности можно создавать последовательность изображений.

i Данная функция является дополнительной опцией (№ заказа – 0554 8902) и перед использованием должна быть активирована, если это не было предусмотрено в заказе тепловизора.

Активирование функции (только в рамках дополнительного заказа):





Будет отправлен конверт с кодом доступа (**идентификационным кодом**), который необходимо ввести на сайте www.testo.com/upgrade. После ввода всех необходимых данных будет сгенерирован **код активации** данной функции с использованием программы IRSoft. Соблюдайте все приведённые на сайте или полученные по электронной почте инструкции и требования к установке.









Можно сохранить последовательность файлов разных форматов:


- файлы формата VMT:
в папке сохраняется последовательность одинарных изображений (термограмм), имя папки начинается с **SQ**. Метки изображения, сделанные до записи (точки измерения и линии профиля) также сохраняются в качестве данных изображения и в дальнейшем не могут быть изменены или удалены. Можно отображать и анализировать отдельные термограммы последовательности изображений.
- файлы формата VMT (полностью радиометрическое видео): видео файл, в котором сохраняются данные изображения, значения измерений и метки изображения, имя файла начинается с **SQ**. Сохраненные файлы можно воспроизводить и анализировать с помощью testo IRSoft, добавляя или изменяя метки изображения. Скорость воспроизведения (кадры в секунду) соответствует частоте видеосигнала тепловизора, если данная частота поддерживается системным окружением (см. системные требования), но максимально составляет 25 Гц.

Если включены функции **Влажность (Humidity)** и/или **SuperResolution**, то при вызове ассистента Создания последовательности, они будут отключены. Данные функции будут включены снова после того, как Вы выйдете из ассистента Создания последовательности.

Задача	Действия/описания
Вызов функции	  Ассистенты (Assistants) Запись последовательности.

Задача	Действия/описания				
Установка параметров записи	<p>Последовательность настраивается с помощью следующих параметров:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Формат: VMT (видео файл) или VMT без / с Реальным изображением (изображения сохраняются в папку и могут редактироваться по отдельности). • Старт: Вручную (Manual) (нажатием кнопки затвора), Обратный отсчет (Countdown) (автоматически по истечении заданного времени), Макс.температура (Max. temperature) > (автоматический старт при превышении максимальной температуры по всему изображению), Мин. Температура (Min. temperature) < (автоматический старт при отклонении от значения минимальной температуры по всему изображению), Диапазон: Макс. Температура (Range: Max. temperature) > (автоматический старт при превышении максимальной температуры в пределах выбранного диапазона), Диапазон: Мин. Температура (Range: Min. temperature) < (автоматический старт при отклонении от значения минимальной температуры в пределах выбранного диапазона). <table border="1" data-bbox="456 967 992 1145"> <tr> <td data-bbox="456 967 527 1145">i</td> <td data-bbox="527 967 992 1145">Последовательность захвата относится только к предварительно выбранному диапазону. Он отображается красным цветом. Другие диапазоны выбора отображаются оранжевым цветом.</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> • Интервал: Временной (время между съемкой двух изображений), Вручную (при нажатии кнопки затвора). <table border="1" data-bbox="456 1273 992 1340"> <tr> <td data-bbox="456 1273 527 1340">i</td> <td data-bbox="527 1273 992 1340">Минимальный интервал настройки 3 сек.</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> • Окончание: Количество изображений. <ol style="list-style-type: none"> 1. Нажмите на параметр. - Откроется экран ввода. 2. Выберите критерий / настройте значения. <p></p>	i	Последовательность захвата относится только к предварительно выбранному диапазону. Он отображается красным цветом. Другие диапазоны выбора отображаются оранжевым цветом.	i	Минимальный интервал настройки 3 сек.
i	Последовательность захвата относится только к предварительно выбранному диапазону. Он отображается красным цветом. Другие диапазоны выбора отображаются оранжевым цветом.				
i	Минимальный интервал настройки 3 сек.				

Задача	Действия/описания
Включение / отключение функции автоматического спуска затвора	<p>В случае стабильных условий окружающей среды и настроек тепловизора, которые не приводят к нагреванию сенсора тепловизора, функция автоматического спуска затвора может быть отключена, чтобы избежать прерывания видеопотока. Отклонения в точности показаний и качестве изображения будут незначительны в течение 60 минут.</p> <p> .</p> <p>></p> <ul style="list-style-type: none"> - Пиктограмма выделена оранжевым: функция затвора включена. - Пиктограмма не выделена оранжевым: функция затвора выключена
Выбор папки сохранения изображения	<p> .</p> <p>></p> <ul style="list-style-type: none"> - Будет открыт диалог ввода Папка (Folder).
Активировать функцию последовательности	<p> .</p> <p>></p> <ul style="list-style-type: none"> - Белая мигающая точка (в правом верхнем углу экрана) указывает на режим ожидания до начала записи. Если выбран параметр запуска Обратный отсчет, также отображается время, оставшееся до начала записи. - Запись начинается в момент наступления критерия запуска. Красная мигающая точка (в правом верхнем углу экрана) указывает, что ведется запись. Количество записанных изображений отображается слева от нее. В левом верхнем углу экрана отображается имя файла.
Отобразить / скрыть параметры конфигурации	<p>Данная функция доступна только при включенной функции последовательности.</p> <p>>  (скрыть) или  (показать).</p>

Задача	Действия/описания
Деактивировать функцию последовательности / Остановить запись	Данная функция доступна только при включенной функции последовательности или в момент записи. 

Ассистент компоновки изображений

Ассистент компоновки изображений может использоваться для создания больших панорамных изображений из 3 x 3 одинарных изображений. В частности, Ассистент служит для записи одинарных изображений и их состыковки для создания панорамных изображений на компьютере.

Перед запуском данной функции примите к сведению:



При запуске функции шкала переходит в ручной режим, и устанавливается фиксированный температурный диапазон. Указанный температурный диапазон может быть недостаточным для охвата всего панорамного изображения. Рекомендация:


- > Полностью просканируйте объект, панорамное изображение которого необходимо создать, чтобы определить нужный температурный диапазон (определите минимальное/максимальное значение температуры). Переведите шкалу в ручной режим и установите предельные значения шкалы **Ручная градуировка**, стр. 54.






Если функция **SuperResolution** активна, то при запуске Ассистента компоновки изображений она будет отключена. При выходе из Ассистента компоновки изображений функция SuperResolution вновь станет активной.

При записи одинарных изображений примите к сведению:

- > Поворачивайте тепловизор движением запястья. Не перемещайте тепловизор в горизонтальном направлении. Лучше всего пользуйтесь штативом.


Задача	Действия/описание
Вызов функции.	  Ассистенты (Wizards) Создание панорамы (Image stitching).

<p>Запись одинарных изображений</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Запись одинарного изображения 1 (вверху слева): [Кнопка затвора] (Shutter button). 2. Поверните тепловизор вправо, чтобы соединить изображение с двумя одинарными изображениями на дисплее и фиксированными фрагментами одинарного изображения 1: 3. Запись одинарного изображения 2 (вверху в центре): [Кнопка затвора] (Shutter button). 4. Выполните те же шаги для записи других одинарных изображений. <p>В зависимости от уже записанных одинарных изображений фиксированные фрагменты изображения будут показаны в верхней или левой половине изображения. Текущее изображение необходимо соответствующим образом скомпоновать с изображением слева или сверху.</p> <hr/> <p>i При выравнивании для определения месторасположения пристыковки следующего одинарного изображения можно использовать обзор одинарных изображений, см. ниже.</p> <hr/> <p>Для записи одинарных изображений в другом порядке см. Обзор одинарных изображений (далее по тексту).</p>
<p>Перейдите к обзору одинарных изображений и выберите одинарное изображение для удаления/замены.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.  <ul style="list-style-type: none"> – На дисплее будет показан обзор одинарных изображений. <p>Для реалистичного отображения панорамного изображения последнее потребуется спроецировать на полукруглую поверхность. Поскольку для просмотра изображения используется одна плоскость, изображение по краям будет искажено.</p> 2. Выберите одинарное изображение:

	<p>Нажмите пиктограмму одинарного изображения. Недоступные для выбора изображения будут отмечены пиктограммой "X".</p> <ul style="list-style-type: none"> > Для удаление выбранного одинарного изображения: . > Для замены выбранного одинарного изображения: Закройте одинарное изображение и запишите одинарное изображение заново. > Закройте обзор одинарных изображений: .
Сохранение панорамного изображения.	<ul style="list-style-type: none"> > .
Выбор папки сохранения изображения.	<ul style="list-style-type: none"> > . – Будет открыт диалог ввода Папка (Folder).
Закройте Ассистент компоновки изображений.	<ul style="list-style-type: none"> 1. . 2. Подтвердите получение сообщения.

SiteRecognition - Распознавание участка

Для четкой индикации места измерения можно установить отметки с созданные при помощи компьютерной программы. При установке отметки с использованием цифрового преобразователя изображений, сохранённые изображения будут автоматически ассоциироваться с соответствующим местом (привязка к соответствующему месту будет сохранена вместе с изображением). Создание отметок, перенос данных участков измерений в тепловизор и копирование изображений в компьютерную программу описывается в Руководстве пользователя к компьютерной программе.

Задача	Действия/описание
Вызов функции.	<p data-bbox="538 236 902 284">>   Ассистенты (Wizards) Site recognition.</p> <p data-bbox="538 296 874 376">– Будут показаны реальное изображение и рамка расположения.</p> <p data-bbox="538 384 965 520">После запуска функции через меню (см. выше) и установки, по меньшей мере, одной отметки данная функция также будет доступна через вкладку Главного меню.</p> <p data-bbox="538 528 701 576">>  .</p> <p data-bbox="538 584 930 663">После выключения тепловизора доступ к функции через указанную вкладку будет вновь удалён.</p>
Введите отметку места измерения.	<ol data-bbox="538 679 958 903" style="list-style-type: none"> 1. Выберите такое положение тепловизора, при котором отметка будет находиться внутри рамки расположения. 2. После распознавания идентификатора отметки: подтвердите перенос данных участка измерения.

Обнаружение лихорадки (Fever Detection)

В данном режиме, как правило, автоматически активируется серая палитра. Горячая точка автоматически отображается в пределах выбранного диапазона.

Ассистент Обнаружения лихорадки выявляет самую горячую точку объекта и сравнивает с прогрессивным средним значением предыдущего объекта.

При обнаружении отклонения (значение отклонения устанавливается вручную в меню погрешности) от среднего значения срабатывают звуковой сигнал тревоги, а так же сигнал тревоги отображается на дисплее прибора.

Прогрессивное среднее значение может быть определено в двух различных режимах:



Ручной режим

Данные объекта включаются в расчёт среднего значения после подтверждения измерения нажатием кнопки.



Автоматический режим

Тепловизор определяет объект с помощью функции распознавания лиц. После определения объекта происходит измерение, и данные включаются в расчёт среднего значения.










Температура тела человека измеряемая с помощью тепловизора ниже реальной температуры его тела, это связано с тем, что тепловизор измеряет температуру поверхности.


Тепловизор не должен использоваться для выявления лихорадки. С его помощью измеряется температура поверхности тел различных людей, и определяются места, в которых температура тела выше.

Меню **FeverDetection** включает в себя следующие пункты подменю:

Ручное масштабирование







Используется для ручной настройки шкалы. Делает разницу температур более заметной. При открытии помощника масштаб устанавливается автоматически.

Задача	Действия/описание
Вызов функции	>   Ассистенты (Wizards) FeverDetection.
Откройте экран ввода Ручное масштабирование	> Нажмите  .
Активировать/деактивировать функцию Ручного масштабирования	>  Активировать > Для деактивации повторно нажмите кнопку.
Установка границ масштабирования	>   .
Создайте привязку для настройки	>  .

верхнего/нижнего предельных значений.	
Примените ввод.	> 

Кoeffициент излучения + RTC

Кoeffициент излучения и RTC необходимо вводить вручную. При выборе меню **FeverDetection** коэффицент излучения устанавливается 0,98 по умолчанию (при выборе другого меню коэффицент излучения изменяется на установленный для выбранного меню).

Задача	Действия/описание
Вызов функции	>   Ассистенты (Wizards) FeverDetection
Откройте экран ввода Кoeffициент излучения	> Нажмите 
Установите коэффицент излучения и отраженной температуры(RTC) вручную.	>  ,  .
Примените ввод.	> 



Значения аварийных сигналов







В настройках аварийных сигналов вы можете установить значения повышенной температуры тела, при которых тепловизор будет подавать звуковой аварийный сигнал и выводить аварийный сигнал на дисплей.

Среднее значение: при запуске ассистента FeverDetection введите среднюю температуру. Это значение будет изменяться с последующими измерениями.

Погрешность: введите разницу между средним значением и граничным значением, при котором срабатывает аварийный сигнал.


Среднее значение + погрешность – срабатывает звуковой и визуальный аварийные сигналы.

Задача	Действия/описание
Вызов функции	>   Ассистенты (Wizards) Обзор изображения

Откройте экран ввода Сигналы тревоги	
Активировать/деактивировать значения сигналов тревоги	>  Активировать > Для деактивации повторно нажмите кнопку
Активировать/деактивировать звуковой аварийный сигнал	>  Активировать > Для деактивации повторно нажмите кнопку.
Установка значений сигналов тревоги – среднего значения	> 
Установка значений сигналов тревоги – погрешность	> 
Примените ввод.	> 

Завершение работы ассистента **FeverDetection**

Ассистент закрыт, отображается нормальный вид термограммы. Отображаются настройки, активные до включения **FeverDetection**.

Задача	Действия/описание
Закрыть ассистент FeverDetection	> Нажмите 

Запись (фиксация/сохранение) изображения

Термограмма может быть создана и сохранена с помощью ассистента **FeverDetection**.

1. Нажмите **[Кнопку затвора]**
- Изображение зафиксировано (неподвижно).
2. Сохранение термограммы: нажмите **[Кнопку затвора]** повторно.
- В сохраненной термограмме отображается серая палитра и аварийные сигналы. Выбор диапазона не отображается на данном этапе, его можно активировать позднее. Это так же применимо к горячей точке.

i Самой горячей точкой на теле человека является слезная железа в уголках глаз. В связи с этим на лице не должно быть посторонних предметов (очков).

i Обнаружение лихорадки с помощью тепловизора не применяется в медицинских целях.

i Сигналы тревоги **FeverDetection** не отображаются в IRSoft.

i **FeverDetection** может использоваться только со стандартным объективом или с объективом в 25°.

6.2.5. Конфигурация

Региональные настройки

Установка языка прибора и единиц измерения температуры.

Задача	Действия/описание
Откройте экран ввода Уст. страну (Country settings) .	>   Конфигурация (Configuration) Уст. страну (Country settings) .
Выберите язык интерфейса программы.	> Выберите нужный язык нажатием соответствующей пиктограммы.
Изменение единицы измерения температуры.	>  . – Активная единица измерения будет показана в верхнем правом углу дисплея.
Примените ввод.	>  .


Технология Super-resolution (опционально)

SuperResolution – это технология улучшения качества изображений. При сохранении тепловизор сохраняет несколько вариантов изображения, используемых для расчёта изображения с наивысшим разрешением с использованием компьютерной программы (без интерполяции). Коэффициент увеличения количества пикселей – 4 при улучшении геометрического разрешения (МПО) с коэффициентом 1,6.

Для использования данной функции тепловизор необходимо держать в руках (тепловизор не должен быть установлен на штатив).

i Данная функция является дополнительной опцией (№ заказа – 0554 7806) и перед использованием должна быть активирована, если это не было предусмотрено в заказе тепловизора.



Активирование функции (только в рамках дополнительного заказа):



Будет отправлен конверт с кодом доступа (**идентификационным кодом**), который необходимо ввести на сайте www.testo.com/upgrade. После ввода всех необходимых данных будет сгенерирован **код активации** данной функции с использованием программы IRSoft. Соблюдайте все приведённые на сайте или полученные по электронной почте инструкции и требования к установке.





Использование данной функции требует соблюдения следующих условий:

- Тепловизор необходимо держать в руках (тепловизор не должна быть установлена на штатив).
- Объекты съёмки должна быть неподвижны.

Задача	Действия/описание
Включение/отключение функции.	<p data-bbox="543 231 957 311">>   Конфигурация (Configuration) SuperResolution.</p> <hr/> <p data-bbox="554 327 957 502">i Если данная функция активна в режиме стоп-кадра изображения, то на дисплее будет показано (SR) наряду с диалогом Сохранить изображение? (Save Image?).</p>





Сохранение файл в формате JPEG

Инфракрасные изображения сохраняются в формате BMT (изображение со всеми данными о температуре). Одновременно можно сохранить изображение в формате JPEG (изображение без указания данных о температуре). «Содержание» такого изображения полностью соответствует инфракрасному изображению, отображаемому на дисплее, включая шкалу и пиктограммы выбранных функций измерения. Можно также настроить отображение даты и времени съемки. Файл в формате JPEG сохраняется под тем же именем, что и соответствующий файл в формате BMT, и может быть открыт на ПК даже без использования программного обеспечения IRSoft.

Задача	Действия/описание
Включить/отключить функцию Сохранить JPEG .	<p data-bbox="543 997 957 1061">1.   Конфигурация (Configuration) JPEG.</p> <p data-bbox="543 1069 957 1133">2. Выберите функцию Сохранить JPEG, нажав <input checked="" type="checkbox"/>.</p> <p data-bbox="543 1141 957 1197">> Для отключения функции повторите описанные выше шаги</p>
Включить/отключить функцию Отобразить дату/время (Функция Сохранить JPEG должна быть включена).	<p data-bbox="543 1212 957 1284">1.   Конфигурация (Configuration) JPEG.</p> <p data-bbox="543 1292 957 1356">2. Выберите функцию Отобразить дату/время, нажав <input checked="" type="checkbox"/>.</p> <p data-bbox="543 1364 957 1420">> Для отключения функции повторите описанные выше шаги</p>

HDMI





Данная функция может использоваться для подключения телевизора к компьютеру. После того, как телевизор подключен к компьютеру, информация с экрана телевизора отображается на ПК. Управляйте телевизором с помощью джойстика.


Задача	Действия/описание
Откройте HDMI на экране.	>   Конфигурация (Configuration) HDMI
 Включить/отключить функцию HDMI подключение	>  Активировать > Для деактивации повторно нажмите кнопку.

Bluetooth

Данная функция доступна не во всех странах.

Через радиointерфейс Bluetooth можно подключить гарнитуру Bluetooth для записи голосовых комментариев.

Задача	Действия/описание
Откройте экран ввода Bluetooth .	>   Конфигурация (Configuration) Bluetooth .
Активация/деактивация соединения Bluetooth.	>  Active. > Для деактивирования повторно нажмите кнопку.
Выполните поиск устройств Bluetooth и установите соединение.	1.  – Будет выполнен поиск устройств Bluetooth и показан список доступных устройств (с доступным режимом синхронизации). – 2. Установление соединения с устройством Bluetooth: выберите устройство нажатием нужного значка. –

Задача	Действия/описание
Примените ввод.	> 

Радио

Данная функция доступна не во всех странах.



В приборе можно зарегистрировать радиозонд влажности.




У каждого радиозонда имеется идентификационный номер ("RFID" – "Радиочастотный идентификатор"). Он состоит из трёхзначного номера RFID на зонде и положения переключателя в отсеке аккумулятора радиозонда (**H** или **L**).

Для регистрации радиозонда в приборе радиозонд необходимо включить, при этом скорость передачи данных должна быть установлена на 0,5 сек. Для этого необходимо нажать и отпустить кнопку вкл./откл. при включении (см. также Инструкцию по использованию радиозонда).

Если радиозондов не обнаружено, то причиной их не обнаружения может быть следующее:




- Радиозонд не включён, или аккумулятор радиозонда разряжен.
 - Радиозонд расположен за пределами дальности радиосвязи.
 - На передачу радиосигналов влияют источники помех (например, армированный бетон, металлические объекты, стены и прочие барьеры между передатчиком и приёмником, прочие работающие в этом же частотном диапазоне передатчики, а также сильные электромагнитные поля).
- > При необходимости: Устраните возможные причины ненадлежащей передачи радиосигналов.

Задача	Действия/описание
Откройте экран ввода Radio .	>   Конфигурация (Configuration) Радио (Radio) .

Задача	Действия/описание
Активируйте/деактивируйте радиосвязь и установите соединение с радиозондом влажности..	<ol style="list-style-type: none">1.  Активно (Active).<ul style="list-style-type: none">– Будет выполнен поиск радиозондов и показан список доступных радиозондов.2. Выделите нужный радиозонд нажатием соответствующей пиктограммы.<ul style="list-style-type: none">> Для деактивирования повторно нажмите кнопку .
Примените ввод.	<ul style="list-style-type: none">> .

Кнопка конфигураций

Назначения сочетаний кнопок могут быть изменены.

Задача	Действия/описание
<p>Откройте экран ввода Задать кнопку (Configure key).</p>	<p>>   Конфигурация (Configuration) Задать кнопку (Configure key).</p>
<p>Активируйте функцию кнопки.</p>	<p>> Выделите нужную функцию нажатием на соответствующий значок.</p> <p>Следующие функции могут быть активированы только с помощью сочетания кнопок:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Подсветка (Light): включение/отключение светодиодов для подсветки объектов для цифровой камеры. • Лазер (Laser): включение лазерного маркера для маркировки поверхности измерения. Сведения об управлении камерой: для активирования лазера необходимо удерживать сочетание кнопок. Когда лазер будет активным, будет показан дополнительный курсор. Этот курсор указывает на точку лазера на объекте измерения. • Калибровка (Adjustment): Выполнение калибровки
<p>Примените ввод.</p>	<p>> </p>




Оптика

Будут показаны объективы, подходящие для использования с данным прибором. Допустимо использование только показанных здесь объективов. Активация объектива – автоматическая (не для США).

С помощью функции **Защитное стекло (Protection glass)** можно установить параметр для работы с использованием или без использования защитного фильтра. Убедитесь в том, что данный параметр установлен правильно во избежание искажений результатов измерений.
















Использование инфракрасного защитного фильтра в сочетании с супер-телеобъективом не допускается.

Задача	Действия/описание
Откройте экран ввода Оптика (Optics) .	>   Конфигурация (Configuration) Оптика (Optics) .
Вручную активируйте установленный объектив (только для США).	> Выделите используемый объектив нажатием соответствующей пиктограммы.
Активируйте/деактивируйте защитный фильтр.	>  Защитное стекло (Protection glass) . > Для деактивирования повторно нажмите кнопку. – Когда данная функция будет активна, в верхнем правом углу дисплея будет показана пиктограмма защитного фильтра (). > Для деактивирования повторно нажмите кнопку  .
Примените ввод.	>  .








Режим энергосбережения

Можно выбрать режимы энергопотребления.

Задача	Действия/описание
Откройте экран ввода Режим энергосбережения (Power-save options).	>   Конфигурация (Configuration) Режим энергосбережения (Power-save options).
Настройте уровень яркости подсветки ЖК-подсветка (LCD backlight):	>   (низкий) или  (средний) или  (высокий).
Активируйте/деактивируйте функцию автоматического отключения Выкл. Дисплей (LCD off) или Выкл. тепловизор (Imager off) и установите время отключения.	1.  Активно (Active). 2.     . > Для деактивирования повторно нажмите кнопку  .
Примените ввод.	>  .

Установка времени/даты

Установка даты и времени. Формат даты и времени будет установлен автоматически согласно выбранному языку прибора.

Задача	Действия/описание
Откройте экран ввода Уст. дату/время (Set time/date).	>   Конфигурация (Configuration) Уст. дату/время (Set time/date).
Установите значения для времени и даты:	>  >   > 
Примените ввод.	>  .

Сброс счётчика




Примите к сведению: После сброса последовательная нумерация изображений будет установлена заново, начиная с первого изображения. При сохранении изображений в один и тот же каталог те изображения, которые были в нём сохранены, будут заменены новыми изображениями с идентичными номерами!

- > Во избежание возможного удаления изображений перенесите все сохранённые изображения на компьютер перед возвратом прибора к заводским настройкам.

Задача	Действия/описание
Выполнение функции.	<ol style="list-style-type: none"> 1.   Конфигурация (Configuration) Перезагрузить счетчик (Reset counter). 2. Подтвердите сброс настроек: .

Удалить всё




Карта памяти может быть отформатирована.

Задача	Действия/описание
Выполнение функции.	<ol style="list-style-type: none"> 1.   Конфигурация (Configuration) Удалить все (Delete all). 2. Подтвердите удаление: .

Форматирование

Карта памяти может быть отформатирована.

Примите к сведению: В процессе форматирования все сохранённые на установленной карте памяти данные будут утрачены.

Задача	Действия/описание
Выполнение функции.	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="538 384 957 491">1.   Конфигурация (Configuration) Формат. (Format) . <li data-bbox="538 496 957 571">2. Подтвердите форматирование:  .

Заводские настройки

Имеется возможность сброса настроек прибора для возврата к заводским настройкам. Примите к сведению: время/дата, региональные настройки и счётчик не будут сброшены.














Задача	Действия/описание
Выполнение функции.	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="538 802 957 909">1.   Конфигурация (Configuration) Завод. Устан. (Factory settings) . <li data-bbox="538 914 957 989">2. Подтвердите сброс настроек:  .

6.2.6. Аудио

Чтобы использовать эту функцию, гарнитура должна быть подключена в соответствующий разъем или Bluetooth гарнитура должна быть установлена. Данная функция доступна только при просмотре стоп-кадра или сохранённого изображения. Для этих изображений можно записывать и редактировать голосовые комментарии.

Рядом с панелью задач на дисплее (в верхней части) будет показано два времени (в формате мм:сс):

- Время слева: время текущей записи или воспроизведения (соответствует правой части белой полосы записи или воспроизведения).
- Время справа: максимальный период записи (60 сек.).

Задача	Действия/описание
Откройте экран ввода Аудио (Audio) .	<p>>  .</p> <p>или</p> <p>>   Аудио (Audio).</p>
Воспроизведение записи.	<p>> .</p> <p>– Воспроизведение записанного голосового комментария начинается с текущего момента воспроизведения записи.</p>
Запуск/возобновление записи.	<p>> .</p> <p>– Запись начинается или возобновляется с текущего времени.</p>
Остановка записи/переход к 00:00.	<p>> .</p> <p>– В процессе записи: запись остановлена.</p> <p>– Когда запись остановлена: время записи или воспроизведения устанавливается на 00:00.</p>
Удаление записи.	<p>> .</p>
Настройка уровня громкости воспроизведения (только для проводной гарнитуры).	<p>1. .</p> <p>2.  (высокий) или  (средний) или  (низкий).</p>
Примените ввод.	<p>.</p>

6.3. Измерение

Важные условия проведения измерений

Для получения фактически значимых результатов измерений необходимо обеспечить следующие условия.

Измерение влажности:

- Для сокращения времени адаптации слегка поворачивайте прибор измерения влажности или (если используется) радиозонд влажности. Избегайте источников помех (например, выдыхаемого воздуха).

Строительная термография и исследование строительных конструкций:

- Необходимо наличие значительной разницы между внутренней и наружной температурами (идеальные условия: $>15^{\circ}\text{C}$ / $>27^{\circ}\text{F}$).
- Требуемые погодные условия, отсутствие интенсивного солнечного освещения, отсутствие выпадения осадков и отсутствие сильного ветра.

Для минимизации погрешности потребуется адаптационный период 10 мин. после включения тепловизора.



Если при использовании супер-телеобъектива изменяются условия окружающей среды, тепловизору может потребоваться адаптационный период >10 мин.

Важные настройки

Перед записью изображения проверьте правильность установки защитного фильтра во избежание искажений результатов измерений, см.

Оптика, стр. 78.

Перед сохранением изображения убедитесь в надлежащей ручной (см. **Ручная фокусировка изображения**, стр. 36) или автоматической (см. **Автоматическая фокусировка изображения**, стр. 37) фокусировке. Изображения без надлежащей фокусировки не подлежат корректировке фокуса в дальнейшем.

Для получения точных показаний необходимо правильно установить коэффициент излучения и значение отражённой температуры, см. **Коэффициент излучения**, стр. 52. При необходимости возможна дополнительная настройка с использованием компьютерной программы.


При высоком уровне влажности или большом удалении тепловизора от объекта измерения атмосферная коррекция позволяет сократить погрешность, см. **Температура окружающей среды**

Значение температуры окружающей среды должны быть введены вручную или могут быть получены автоматически при активации внутреннего сенсора температуры. Температура окружающей среды также будет показана на экране после активации.



Более точное измерение температуры окружающей среды можно получить активировав радио-зонд.

Задача	Действия/описание
Откройте экран ввода Температура окружающей среды (Ambient temperature) .	>   . или >  Измерения Ambient temperature.
Вручную установите значения для окружающей температуры (Темп. окр. среды)	>  ,  .
Активирование/деактивирование внутреннего сенсора	>  Активно (Active). > Для деактивирования повторно нажмите кнопку.


Задача	Действия/описание
<p>Активирование/деактивирование отображения значений температуры на дисплее</p> <p>Отображение темп. окр. среды (Ambient temperature display) доступно только при активированном внутреннем сенсоре.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="533 199 963 247">>  Активно (Active).<li data-bbox="533 247 963 311">> Для деактивирования повторно нажмите кнопку.

Поправка на атмосферные условия, стр. 49.

При активированной автоматической настройке шкалы выполняется непрерывная настройка мин./макс. значений цветовой шкалы для текущего измеряемого изображения. Таким образом, присвоенный определённому значению температуры цвет будет постоянно изменяться. Для возможности сравнения нескольких изображений по присвоенному цвету потребуются ручная градуировка по фиксированным значениям (см. **Ручная градуировка**, стр. 54), или последующее приведение к единым значениям с использованием компьютерной программы.

7 Техническое обслуживание прибора

Замена аккумулятора



1. Откройте крышку аккумуляторного отсека (1).
2. Нажмите красную кнопку открытия фиксатора (2).
 - Будет снята фиксация аккумулятора, а аккумулятор будет немного выступать из отсека.
3. Извлеките аккумулятор из аккумуляторного отсека.
4. Полностью вставьте аккумулятор в аккумуляторный отсек до фиксации.
 - Тепловизор будет включен автоматически.
5. Закройте крышку аккумуляторного отсека.

Чистка дисплея

- > При загрязнении протрите дисплей специальной тканью (например, микрофиброй).

Чистка тепловизора

- > При загрязнении корпуса тепловизора протрите его влажной тканью. Не используйте высокоэффективных чистящих

средств или растворителей! Можно использовать слабые бытовые чистящие средства и мыльную пену.

Чистка защитного фильтра

- > Крупные частицы пыли можно удалить чистой кистью для чистки оптики (имеется в продаже с специализированных магазинах фотовидеосъёмочной аппаратуры).
- > Используйте специальную ткань для протирки объектива для удаления незначительных загрязнений. Не используйте медицинский спирт!

8 Советы и справка

8.1. Вопросы и ответы

Вопрос	Возможные проблемы/решения
Показано сообщение об ошибке Отсутствует карта памяти! (No memory card inserted!) .	Карта памяти неисправна или не установлена. > Проверьте или установите карту памяти.
Показано сообщение об ошибке Карта памяти заполнена! (Memory card full!) .	Недостаточный объём свободной памяти. > Установите новую карту памяти.
Показано сообщение об ошибке Нет объектива (No lens) или Неправильный объектив! (Wrong lens!) .	> Проверьте объектив > При необходимости замените объектив.
Показано сообщение Зарядка не возможна (Charging not possible) .	Окружающая температура вне допустимого температурного диапазона для зарядки аккумулятора. > Соблюдайте допустимую окружающую температуру.

Вопрос	Возможные проблемы/решения
Показано сообщение об ошибке Превышен. разрешен. темп.! (Permissible instrument temperature exceeded!) Показано сообщение Выкл. прибор! (Turn off instrument!).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Выключите тепловизор. 2. Дайте прибору остыть и обеспечьте допустимую окружающую температуру.
Перед значением измерения отображается знак ~.	Значение находится за пределами диапазона измерения: значение в пределах расширенного диапазона отображения, погрешность не регламентирована.
--- или +++ выводится на дисплей вместо значения измерения.	Значение измерения вне пределов диапазона измерения и расширенного диапазона отображения. > Измените диапазон измерения.
xxx выводится на дисплей вместо значения измерения.	Значение не может быть рассчитано. > Проверьте корректность настройки параметров.

При невозможности получить ответы на возникающие вопросы обратитесь в ближайшее представительство или в Сервисную службу Testo. Сведения для контактов приведены на задней обложке данного документа и на сайте www.testo.ru.

8.2. Принадлежности и запасные части

Описание	№ заказа
Защитный фильтр объектива	0554 0289
Дополнительный аккумулятор	0554 8852
Устройство быстрой зарядки	0554 8851
Липкая отражающая плёнка	0554 0051
Пакет «Анализ процессов»: создание последовательности изображений, включая функцию полного радиометрического измерения	0554 8902

Описание	№ заказа
Функция Super-resolution	0554 7806
Сертификаты калибровки ISO: Точки калибровки при 0°C, 25°C и 50°C	0520 0489
Точки калибровки при 0°C, 100°C и 200°C	0520 0490
Произвольно-выбираемые точки калибровки в диапазоне 18°C - 250°C	0520 0495
Дооснащение для поддержки измерения высоких температур	производится Сервисной службой Testo по требованию
Телеобъектив	По запросу
Супер-телеобъектив	По запросу
Объектив 25°	По запросу
Комплект стикеров для маркировки участков измерений	поставляется со склада как специальные расходные материалы Рекомендация: Avery Zweckform L4776

Полный список всех принадлежностей и запасных частей приводится в каталогах продукции и брошюрах, а также на сайте www.testo.ru



Testo SE & Co. KGaA
Postfach 1140,79849 Lenzkirch,
Testo-Strasse 1,
Телефон 07653 681-700
Факс 07653 681-701
e-mail: info@testo.de
internet: www.testo.com

Российское отделение –
ООО «Тэсто Рус»
115054, Москва, Большой
Строченовский пер. д. 23 В стр. 1
Телефон +7(495)221-62-13
Факс +(495)221-62-16
e-mail: info@testo.ru
<http://www.testo.ru>